SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-2332-IDN

Berlaku dari : 21 Oktober 2026

Berlaku hingga : 20 Oktober 2031

Diberikan kepada

PT Sri Surya Widyatama

di

Dukuh Ngendo No. 2, RT. 013/RW. 007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJIAN

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

DONNY PURNOMO

KETUA

*Sertifikat ini memberikan kewajiban kepada LPK untuk menggunakan **simbol akreditasi** pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup akreditasi dinyatakan pada Lampiran Sertifikat Akreditasi, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Akreditasi ini. Sertifikat dan Lampiran Akreditasi tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional*

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LP-2332-IDN (Penetapan 21 Oktober 2026)
LABORATORIUM PENGUJIAN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama LPK	: PT Sri Surya Widyatama	Masa berlaku:
Alamat	: Dukuh Ngendo No. 2, RT. 013/RW. 007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	21 Oktober 2026
Telp.	: 0878 38217528; 0813 26244999	s/d
e-mail	: sales.srisurya@gmail.com	20 Oktober 2031

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Kelistrikan	**Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) :**			
	- Insulating Linner	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 5.2.3; 8.1	
	- Galah Isolasi	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.2	
			BS EN 60832-1:2010 Klausul 5.7.1.1.1; 5.7.1.1.3	
	- Conductor Cover & Line Hose	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.3	
	- Penutup Lentur	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.4	
	- Bypass Jumper	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.5	
			ASTM F2321-23 Klausul 45.2	
	- Safety Helmet	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.6	
			SPLN 82-1:1991 Klausul 9.1	
	- Insulating Sleeves	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.7	
			IEC 60984:2014 Klausul 5.6.1.1;5.6.1.2; 5.6.1.5	
	- Insulating Shoes	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.8	
	- Insulating Rubber Glove	Uji Dielektrik	IEC 60903:2014 Klausul 5.6.1.1; 5.6.1.4.1; 5.6.1.4.2	
	- Insulating Rubber Boots	Uji Dielektrik	BS EN 50321-1:2018 Klausul 4.3; 5.2.1;	
	- Insulating Ladders	Uji Dielektrik	IEC 61478:2001+Amd1:2003 Klausul 6.1; 6.5.1	
			SPLN82-1:1991 Klausul 9.1	
	- Insulating Aerial Device	Uji Dielektrik	SPLN D3.032:2020 Klausul 5.2.3; 8.1	

Catatan:
Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN